

**Veřejná zakázka Krajské nemocnice T. Bati
č. 12 044**

Intraoperativní 3D-ultrazvuková
neuronavigace
SonoWand Invite™



**Hospodárné a účinné řešení
pro nejnáročnější neurochirurgické výkony**

TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.,
Na Zatlance 5, 150 00 Praha 5,
Tel.: 251564228, Fax: 251566226
Starobrněnská 13, 602 00 Brno
Tel.: 542423711, Fax: 542423713

www.medicaltk.com

KUPNÍ SMLOUVA

ČÍSLO 12 044

uzavřená mezi

Prodávajícim TRANSKONTAKT-MEDICAL s. r. o. (v dalším TK-M)
 Na Zatlance 5
150 00 Praha 5
 zastoupeným Ing.Jozefem Kalavským
 jednatelem společnosti
 DIČ: CZ45797803
 Bankovní spojení Raiffeisenbank a.s.
 č. účtu 1021100283/5500

a

Kupujícím Krajská nemocnice T.Bati a.s. (v dalším KNTB)
 Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín
 Zastoupeném osobami: Ing. Danou Bamášovou, předsedkyni představenstva
 MUDr. Bohuslavem Škubalem, CSc, členem představenstva
 IČO 27661989
 Bankovní spojení KB Zlín
 č.účtu 24234-661/0100

Preamble

Kupující a prodávající uzavírají tuto kupní smlouvu na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce se zadávacími podmínkami KNTB Zlín značky VZ č.12 044
 Prodávající výslovně potvrzuje, že předmět plnění a splnění dodávky je v souladu se všemi ustanoveními zadávacích podmínek, nabídkou uchazeče a Nákupních podmínek pro dodávky zdravotnických prostředků do Krajské nemocnice T.Bati a.s. (dále jen nákupní podmínky ZP, které jsou nedílnou součástí této smlouvy – viz příloha č.2

Článek 1 - Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem smlouvy je dodávka 3D ultrazvukového zobrazovacího systému s možností integrace neuronavigace (intraoperativní neuronavigace) v rozsahu technické specifikace v příloze č.1 zadávací dokumentace.
- 1.2 Předmětem smlouvy je rovněž montáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, následný bezplatný servis a provádění periodických prohlídek a bezpečnostní technických kontrol po dobu záruční lhůty a dodávka uživatelských manuálů v českém jazyce.
- 1.3 Předmět smlouvy musí být ve smyslu zadání k veřejné zakázce kompletní, funkční a k provozu nebude nutné jeho doplňování. Svým provedením musí odpovídat standardním technickým a typovým podmínkám výrobce.
- 1.4 Přístroj musí být dodán v technickém provedení odpovídajícím nabídce prodávajícího, včetně platných atestů pro provoz v ČR a s dalšími doklady k nim se vztahujícími.

Článek 2 - Doba plnění

- 2.1 Dodávka předmětu plnění se uskuteční do 8 týdnů od podpisu kupní smlouvy.
- 2.2 Smluvní pokuta za každý den prodlení prodávajícího s dodávkou činí 0,02 % z ceny přístroje bez DPH.
- 2.3 Předání se uskuteční v pracovních dnech v době od 7:00 hodin do 15:00 hodin a smluvní strany předem dohodnou časové podrobnosti zkušebního provozu a zaškolování personálu kupujícího.

Článek 3 - Cena

Kupující zaplatí prodávajícímu po převzetí předmětu plnění, v souladu s podmínkami této smlouvy kupní cenu, která je bez DPH cenou pevnou po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje všechny výdaje a náklady prodávajícího spojené s realizací dodávky dle zadávací dokumentace a cenové specifikace k nabídce veřejné zakázky č. 12 044.

Položka	Kč bez DPH	DPH 14%	Kč vč.DPH
Kompletní dodávka intraoperativního 3D ultrazvukového systému s možností integrace neuronavigace Sonowand Invite™ dle přílohy č. 2 této kupní smlouvy	5 965 000,-	835 100,-	6 800 100,-

Kupující se zavazuje, zaplatit prodávajícímu částku vyplývající z článku 3 této smlouvy jednorázově na základě vystavené faktury se splatnosti 120 kalendářních dní

Za prodlení s úhradou faktur je kupující povinen platit smluvní úrok z prodlení ve výši repo sazby ČNB zvýšené o 7 procentních bodů.

Článek 4 - fakturace

- 4.1 Prodávající je povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu) všechny náležitosti dle Nákupních podmínek ZP KNTB a.s. Zlín.
- 4.2 Platba je považována za uskutečněnou jejím připsáním na účet prodávajícího.
- 4.3 Faktury, které nebudou obsahovat některou z náležitosti uvedených v ustanoveních Nákupních podmínek je KNTB oprávněna vrátit ve lhůtě splatnosti prodávajícímu k doplnění nebo opravě s tím, že splatnost faktury počne běžet dnem doručení opravené faktury kupujícímu.

Článek 5 - Místo plnění

Předmět smlouvy bude splněn na pracovišti oddělení COS-N Krajské nemocnice T. Bati a.s. Zlín.

Článek 6 – Avizování dodávky

- 6.1 Prodávající bude kupujícímu nejpozději 5 dnů před dodáním předmětu plnění na místo plnění závazku toto avizovat a zajistí plnění v pracovních dnech v době od 07,00 do 15,00 hodin.
- 6.2 Přístrojová technika bude dopravována ve vhodném balení tak, aby při běžných podmínkách přepravy, manipulace, a skladování byly řádně chráněny před poškozením. Dodání do KNTB bude stvrzeno technikem oddělení zdravotnické techniky KNTB.
- 6.3 Prodávající nastoupí k provedení montáže předmětu plnění nejpozději do ukončení dopravy do místa plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek 7 – Montáž předmětu smlouvy

- 7.1 Prodávající bude provádět montáž a instalaci přístrojového vybavení na místě určeném v článku č.5 této smlouvy
- 7.2 Kupující zajistí přístup pro osoby provádějící montáž do prostor jejího uskutečnění.
- 7.3 Montáž bude prodávajícím prováděna podle vlastního technologického postupu.
- 7.4 Při realizaci dodávky je prodávající povinen dodržovat veškeré požární předpisy, předpisy BOZ a vnitřní předpisy kupujícího, které kupující prodávajícímu poskytne před zahájením montáže.

Článek 8 – Zaštolení

Po provedení instalace přístrojové techniky, kdy prodávající označí předmět dodávky za provozuschopný, smluvní strany prověří úplnost konfigurace podle přílohy č. 2 této smlouvy, prodávající uskuteční předávací zkoušku a zahájí vyčerpávající zaštolení personálu. Školení obsluhy v souladu s požadavky zákona č.123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích a dalších pracovníků kupujícího. Školené osoby dosáhnou kvalifikaci pro školení jiných oprávnění ke školení dalších pracovníků v KNTB.

Bližší podrobnosti, jako doba trvání, termín školení a počet pracovníků, dohodnou smluvní strany po podpisu této smlouvy.

Článek 9 - Splnění předmětu smlouvy

- 9.1 Po zaštolení personálu předloží prodávající kupujícímu návrh předávacího protokolu.
- 9.2 Prodávající je povinen spolu s předmětem smlouvy předat kupujícímu doklady nutné k převzetí a jeho užívání, a to zejména
 - prohlášení o shodě, platné v okamžiku uvádění do provozu
 - návod k obsluze a uživatelskou dokumentaci v českém jazyce
 - seznam osob způsobilých k obsluze přístroje
- 9.3 Za splnění předmětu smlouvy se považuje podepsání protokolu o předání a převzetí oběma smluvními stranami. Za KNTB je kontaktní osobou jmenovaný pracovník oddělení zdravotnické techniky anebo provozně obchodní náměstek. V předávacím protokolu prodávající výslovně prohlásí: **Zařízení splňuje výrobcem uváděné parametry, je plně funkční a bezpečné pro použití při poskytování zdravotní péče pracovníky kupujícího.** Současně budou uvedena data a periody následné PBTK.
- 9.4 Předmět smlouvy nesmí být používán před jeho předáním bez předchozího pisemného souhlasu prodávajícího ani kupujícího, ani třetí osobou. Kupující ručí prodávajícímu za škody, které případným neoprávněným používáním vzniknou.

Článek 10 – Konsultace

Smluvní strany si budou vzájemně předávat informace nezbytné k realizaci této smlouvy.

Článek 11 – Úpravy předmětu smlouvy, ND, údržba

- 11.1 Prodávající se zavazuje po dobu 5 let od předání dodávky podle čl. 9 kupujícího informovat o dalším technickém vývoji a na jeho žádost a za úhradu uskutečnit změny, které by sloužily k rozšíření anebo zlepšení užitné hodnoty.

- 11.2 Prodávající se zavazuje na žádost kupujícího po dobu životnosti předmětu plnění po uplynutí záruční doby, dodávat kupujícímu náhradní a spotřební díly. Pozáruční servis bude prováděn v případě potřeby KNTB a na její výzvu a účtovány budou servisní práce a dodávky podle aktuálního ceniku servisní organizace.

Článek 12 - Software

K software dodanému spolu s předmětem dodávky, je poskytováno kupujícímu časově neomezené, výlučné a nepřenosné právo užívat jej v nezměněné podobě a ke stanovenému účelu. Software a k němu náležející dokumentace nesmí být kupujícím předáný třetí osobě bez souhlasu prodávajícího. Kupující nesmí programy modifikovat, překládat anebo do nich jinak zasahovat.

Článek 13 – Záruka

- 13.1 Prodávající poskytuje ve smyslu ustanovení § 429 obchodního zákoníku záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla po dobu **24 měsíců** od podpisu zápisu o předání a převzetí. V případě vad a nedodělků dnem podpisu zápisu o úplném odstranění těchto zjištěných vad a nedodělků.
Práva z odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Během trvání záruční lhůty prodávající garantuje kupujícímu bezplatný servis na veškeré dodané zboží vč. dodání potřebných náhradních dílů, s výjimkou případů, kdy bylo poškození zboží prokazatelně způsobeno nesprávnou obsluhou zaměstnanci zadavatele nebo vyšší moci.
- 13.2 Servis v záruční době bude poskytován výlučně prostřednictvím autorizovaného servisu:
TRANSKONTAKT-MEDICAL s. r. o., Na Zatlance 5, 150 00 Praha 5, IČO 45797803, brněnská provozovna na adrese Starobrněnská 13, 602 00 Brno, telefon 542 423 716, fax 542 423 713, zelená linka 800 100 895, e-mail hotline@medicalk.com
- 13.3 Pro spotřební části, díly vystavené opotřebování anebo zničení je záruční doba 6 měsíců.
- 13.4 Prodávající je povinen v záruční době odstranit závady na zboží bez zbytečného prodlení.
- 13.5 Doba od podrobného ohlášení a definování poruchy (např. telefonicky, faxem, elektronickou poštou) k zahájení opravy (v hodinách):
- reakční čas servisu, příkročení k odstraňování závady v pracovní dny je do 1 hod
- nástup servisního technika na místo nejpozději do 24 hodin
Cestovní náklady, náklady na materiál a veškeré další náklady, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti s prováděním záručních oprav, hradí v plné výši dodavatel. Podrobnější podmínky provádění záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v příloze č.3
- 13.6 Maximální doba provedení opravy (ve dnech) : průměrně do 3 dnů, v případě potřeby speciálních náhradních dílů nelze vyloučit trvání až 5 pracovních dnů.
- 13.7 Sankce za nedodržení doby pro odstranění závady představuje 1.500,- Kč / den
- 13.8 Prodávající neodpovídá za škody způsobené chybám zacházením anebo nepřiměřeným zatížením v rozporu s návodem k užívání přístrojů nebo chybami stavebními pracemi.
- 13.9 Pozáruční servis je prováděn jen v případě potřeby KNTB a na její výzvu, ze stejných míst jako uvedeno v článku 13.2 a servisní výkony za jednotlivé práce budou účtovány dle aktuálního ceniku servisní organizace .
- 13.10 Práva z odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku

Článek 14 - Patentová práva

Prodávající tímto prohlašuje, že předmět dle této smlouvy nemá žádné patentové ani jiné právní nedostatky. Prohlašuje, že uhradí kupujícímu náklady v případě, že třetí osoba uplatní vůči kupujícímu oprávněné nároky, které vyplývají z patentových anebo jiných právních nároků na předmět smlouvy. To platí za předpokladu, že kupujicího případně uplatněném nároku neprodleně prodávajicího vyrozumí a nároky třetí osoby neuzná.

Článek 15 – Přechod nebezpečí škody a vlastnictví

Prodávající nese nebezpečí škody na předmětu smlouvy až do dne podpisu protokolu o převzetí a postará se na své náklady o nápravu při ztrátě anebo poškození, které mohou vzniknout na předmětu smlouvy z důvodů na jeho straně s výjimkou případu užití předmětu smlouvy kupujicím nebo třetí osobou před předáním dila. Pokud toto prodávající prokáže, poskytne mu kupujicí náhradu vzniklé škody. Toto ustanovení se vztahuje nejen pro předmět smlouvy jako celek, ale i na jeho části. Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujicího po podepsání Protokolu o převzetí.

Článek 16 – Vyšší moc

- 16.1 Smluvní strany nenesou odpovědnost za nesplnění anebo opožděně splnění závazků, vyplývajících ze smlouvy z důvodu vyšší moci. Vyšší moc je událost mimo kontrolu smluvní strany, kterou nelze předvidat a nezahrnuje chybu anebo zanedbání smluvní strany. Účinky vyšší moci jsou definované v publikaci 421 Mezinárodní obchodní komory Paříž.
- 16.2 Nastane-li účinek vyšší moci, uvědomí smluvní strana, na jejíž straně se vyskytla, neprodleně pisemně druhou smluvní stranu o její existenci a příčině. Smluvní strana nadále pokračuje v plnění smluvních závazků, pokud je to rozumně možné a musí hledat všechny rozumné alternativní prostředky pro splnění smluvních závazků, kterým nebrání událost vyšší moci. Náklady spojené s důsledky vyšší moci ponese ta smluvní strana, na jejíž straně vyšší moc vznikla.
- 16.3 Pokud dotčená smluvní strana nevyrozumí druhou smluvní stranu o existenci vyšší moci tak, jak je uvedeno v článku 16.2 této smlouvy, nemůže se na účinek vyšší moci odvolávat.

Článek 17 – Právni vztahy

Veškeré spory vzniklé ze vztahů založených touto Smlouvou a spory týkající se této Smlouvy budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran.

Článek 18 - Závěrečná ustanovení

- 18.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Nedilnou součástí této smlouvy jsou přílohy č.1 a 2.
- 18.2 Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny smlouvou, se řídí nejprve Nákupními podmínkami pro dodávky zdravotnických prostředků do KNTB a ve zbývajících otázkách obchodním zákoníkem.

- 18.3 Všechny nároky smluvních stran musí být uplatňovány doporučeným dopisem.
- 18.4 Prodávající podpisem smlouvy souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu.
- 18.5 Změny a doplňky této smlouvy je možno provést pouze pisemně formou číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 18.6 Smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích a má 6 stran. Smluvní strany obdrží po jednom potvrzeném exempláři.

Praha dne 12.11.2012

Zlín dne


- 7. 12. 2012

Prodávající

Ing. Jozef Kalavský
jednatel a generální ředitel
TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.

TRANSKONTAKT
MEDICAL s.r.o.
Na Zátiší 5
150 00 PRAHA 5
IČO: 45797803
DIČ: CZ45797803

Kupující




Ing. Dana Barnášová
předsedkyně představenstva
Krajské nemocnice T.Bati a.s.

MUDr. Bohuslav Škubal, CSc
člen představenstva

Přílohy:

- Příloha 1: Technická specifikace předmětu smlouvy
 Příloha 2: Nákupní podmínky pro dodávky ZP do KNTB
 Příloha 3: Podmínky poskytování servisu

Krajské nemocnice T. Bati, a. s.
Havlíčkova náměstí 600
762 75 Zlín

(3)

Odpovědnost za správnost	jméno	datum	podpis
obsahovou/věnovou	Z. UHEREK	3.12.12	
právní	UHEREK	3.12.12	
finanční	M. ŠKUBAL	3.12.12	

Technická specifikace předmětu plnění

Intraoperativní 3D-ultrazvukový zobrazovací systém s integrovanou neuronavigací

Specifikace systému

- Systém specializovaný pro 3D ultrazvukové zobrazení a navigaci v neurochirurgii
- Zařízení umožňuje zobrazení 3D online sonografických snímků, které poskytují obraz nádoru, mozkových struktur a cév během operace
- Systém umožňuje kontrolu a zobrazení posunu nervové tkáně mozku (brain shift) během chirurgického zákroku a současně sledování resekce nádoru
- 3D ultrazvukové navigační mapy jsou během operace aktualizovány každých 30 sekund
- Navigační zařízení je použitelné jako konvenční navigační systém, který využívá import DICOM MR a CT předoperačních diagnostických snímků a současně i pro navigaci řízenou rekonstruovaným intraoperativním 3D sonografickým snímkem
- Systém umožňuje chirurgovi navigaci ultrazvukem s funkční přesnosti navigace min. $1,07 \text{ mm} \pm 0,41 \text{ mm}$ (střední kvadratická hodnota) - vše bez potřeby předoperačních snímků z jiných modalit
- Import předoperačních DICOM 3.0 snímků z jiných modalit (CT, MR, USG, PET, DTI, atd.) pomocí přenosných médií (CD, DVD, USB 2.0), nebo pomocí ethernetu přímo z PACS systému NIS apod.
- Možnost exportu všech diagnostických snímků z operace (včetně 3D US snímků) v DICOM 3.0 formátu přímo do PACS nebo na přenosná média (CD, DVD, USB 2.0)

Ultrazvukový systém

- Vysokovýkonný ultrazvukový systém nejmodernější konstrukce je založený na mikroprocesorech k peroperačnímu zobrazení v neurochirurgii
- Počet kanálů 128
- Dotykový širokouhlý monitor 24" (1920 x 1200 pixelů) s intuitivním uživatelským rozhraním pro všechny funkce systému a to jak ultrazvuku, tak i navigace
- Zobrazování preoperativních snímků
- Zobrazování „live“ ultrazvukových snímků (2D)
- Zobrazování 3D snímků založených na ultrazvukové akvizici (free hand acquisition)
- Power Doppler
- CFM (Color Flow Mapping)
- Přístroj je optimalizovaný pro zobrazení nervové tkáně - cerebrovaskulární dopplerovské skenování
- 3D angiografické zobrazení cév včetně překrývání snímků

Sondy

- **12 FLA** plochá multifrekvenční lineární sonda se skenovacím adaptérem pro povrchové skenování do hloubky 0-9 cm (optimální rozsah 0-5 cm), frekvenční rozsah 6-12 MHz, 192 kanálů, s aktivní plochou (footprint) 32 x 11 mm, délka kabelu 3 m
- **8 FPA** plochá multifrekvenční fázově řízená sonda se skenovacím adaptérem pro skenování v hloubce 1-12 cm (optimální rozsah 2-8 cm), frekvenční rozsah 3-8 MHz, 128 kanálů, s aktivní plochou (footprint) 25 x 17 mm, délka kabelu 3 m
- **10 FPA MC** plochá multifrekvenční fázově řízená sonda (pro minikraniotomie) se skenovacím adaptérem pro skenování v hloubce 0-9 cm (optimální rozsah 0-5 cm), frekvenční rozsah 5-12 MHz, 128 kanálů, s aktivní plochou (footprint) 15 x 13 mm, délka kabelu 3 m

Průměrná přesnost ultrazvukových sond:

Fázově řízené sondy: 1.0 mm ±0.34

Lineární sonda: 1.6 mm ±0.27

Navigační skenovací jednotka

- Všechny navigátory a lokalizátory systému jsou masivní a vybavené 4 ks reflexních kuliček (markerů)
- Přesnost optického skenování systému ≤ 0,25 mm (střední kvadratická hodnota)
- Navigační software umožňuje import obrazových dat z jiných zobrazovacích modalit, registraci pacienta a zobrazení navigační scény ze zvolené modality
- Systém umožňuje snímání 3D ultrazvukových dat pomocí optického skenování pozice a orientace ultrazvukové sondy během skenování - „Free hand“
- Akvizice objemových dat sondou kratší než 15 s

Volba zobrazovacích funkcí v rekonstruovaném objemu pro plánování a navigaci

- Akvizice objemových dat sondou méně než 15 s
- Jednorovinná pozice a orientace navigačního nástroje je skenovaná systémem a zobrazuje odpovídající řez (rovinu) bez preoperativních snímků z jiných modalit, ale také bez intraoperativních 3D snímků z ultrazvuku
- Duální jednorovinná pozice a orientace navigačního nástroje je skenovaná systémem a zobrazuje dva na sebe kolmé řezy (roviny) bez preoperativních snímků z jiných modalit, ale také bez intraoperativních 3D snímků z ultrazvuku
- Axial-koronal-sagitální (ACS) roviny bez preoperativních snímků z jiných modalit, ale také bez intraoperativních 3D snímků z ultrazvuku

Příslušenství

(lokalizátory pro všechny sondy, navigátor plánovací a intraoperativní, referenční lokalizátor fixní a volný)

Celková hmotnost systému 150 kg**Spotřební materiál**

- 30 standardních setů pro běžné zádky během počátečních 12 měsíců klinického provozu - reflexní markery, sterilní ultrazvukový gel, rouškování (pro sondy a LCD monitor), multimodalitní radiografické markery.

Datum: 12.11.2012



Ing. Jozef Kalavský

jednatel
TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.

Podpis statutárního orgánu:



**TRANSKONTAKT
MEDICAL s.r.o.**
Na Zátišíce 5
150 00 PRAHA 5
ICO: 45797803
DIČ: CZ45797803

(8)

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
IČ: 276 81 989, zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, odd. B, vložka 4437

NÁKUPNÍ PODMÍNKY

pro dodávky zdravotnických prostředků do KNTB, a. s.

1. Obecná ustanovení

- 1.1 Tyto nákupní podmínky pro dodávky zdravotnických prostředků do KNTB, a. s. (dále jen „Nákupní podmínky ZP“ a „KNTB“) upravují základní podmínky dodávek zdravotnických prostředků (dále jen „ZP“) do KNTB a jsou součástí všech obchodních smluv na ZP uzavřených KNTB jako odbírateljem (kupujcím). Za zdravotnický prostředek je považován každý přístroj, výrobek, předmět nebo materiál, který odpovídá definici uvedené v z.č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění.
 - 1.2 Tyto Nákupní podmínky ZP platí pro všechny
 - a) veřejné zakázky ve smyslu z.č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákony“) na dodávku ZP;
 - b) zakázky malého rozsahu na jednorázové i spakované dodávky ZP s předpokládanou cenou předmětu plnění bez DPH do 1 000 000 Kč realizované přímo bez výběrového řízení (dále jen „ostatní zakázky“). V tomto případě se Nákupní podmínky pro ZP podepsují po uzavření smlouvy.
- Nabídka uchazeče o veřejnou zakázku nebo účastníka výběrového řízení na zakázku malého rozsahu (dále jen „nabídka“ a „zakázka“) i navrh smlouvy, podle níž má být zakázka realizována (dále jen „navrh smlouvy“), musí být v souladu s podmínkami uvedenými v dlešich ustanoveních.
- Nabídka i navrh smlouvy se mohou odchylovat od ustanovení Nákupních podmínek ZP jen v případě, že to bude výslovně zjištěno v podmínkách zadání zakázky nebo v zadávací dokumentaci, a jen v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto dokumentech. V takovém případě má odchylná úprava ve smlouvě přednost před témito nákupními podmínkami.
- 1.3 Nákupní podmínky ZP jsou součástí každého navrhу smlouvy, který se týká pořizování ZP podle odst. 1.1 této NP. Uchazeč o veřejnou zakázku nebo účastník výběrového řízení na zakázku malého rozsahu (dále jen „účastník výběrového řízení“) přiloží ke každému vyhotovení navrhу smlouvy jedno podepsané vyhotovení nákupeckých podmínek ZP, ten, že předloží nákupní podmínky ZP celkem 3x. Účastník výběrového řízení přeloží podepsané nákupní podmínky ZP samostatně u každé nabídky, a to i v případě, že nákupní podmínky ZP podepsal a přeložil již dříve. V případě ostatních zakázek se nákupní podmínky ZP stávají součástí každé smlouvy jejím uzavřením bez ohledu na formu uzavření smlouvy. Nákupní podmínky ZP musí být podepsány u fyzických osob účastníkem výběrového řízení resp. dodavatelem zakázky malého rozsahu, a u právnických osob statutárním orgánem nebo časobou oprávněnou podepsat navrh smlouvy podle bodu 2.2.
 - 1.4 NP nemusí být součástí smlouvy u zakázek, u nichž neproběhlo výběrové řízení dle zákona nebo příslušné vnitřní směrnice a jejichž předmětem jsou jednorázové dodávky s cenou plnění do 5 000,- Kč.

2. Navrh smlouvy

- 2.1 Navrh smlouvy musí být v souladu s platnými právnimi předpisy, zadáním zakázky, nabídkou účastníka výběrového řízení a témito nákupními podmínkami ZP a musí v něm být výslovně uvedeno, že nákupní podmínky ZP jsou součástí smlouvy jako její příloha. Smlouva (případně včetně přílohy) musí jako jediný a upřímný dokument řešit všechny vztahy mezi smluvními stranami a nemá v ní být odkaz na zadání dodávky, oznámení, pravidla či jiné podmínky dodavatele, které by nebyly v souladu s nákupními podmínkami ZP. není-li v zadání veřejné zakázky nebo ve vyzvě k podání nabídek připuštěno jinak. Pokud by navrh smlouvy obsahoval podezřlivý odkaz, nebude ze strany KNTB akceptován. nabídka účastníka výběrového řízení bude vyloučena a účastník výběrového řízení vyloučen z další účasti na zadávaní zakázky.
- 2.2 Navrh smlouvy, nákupní podmínky ZP i vlastní nabídka musí být podepsány u fyzických osob účastníkem výběrového řízení a u právnických osob statutárním orgánem. Pokud bude navrh smlouvy nákupní podmínky ZP neto vlastní nabídka podepsány jinou osobou, musí být součástí nabídky bud písemná písařská moc (povolení) i podepsána u fyzických osob účastníkem výběrového řízení a u právnických osob statutárním orgánem účastníka výběrového řízení nebo příslušné doklady, z nichž bude vyplývat zakonné zmocnění osoby podepisovat jménem účastníka výběrového řízení doklady pro výběrová řízení na dodávku ZP. U podpisu navrhu smlouvy, nákupní podmínky ZP i vlastní nabídky musí být vždy uvedeno jméno, příjmení a funkce podepisující osoby.
- 2.3 V záhlavi navrhu smlouvy musí být uvedeno číslo smlouvy, které je shodné s číslem zakázky uvedené v zadání zakázky. Navrhem smlouvy je účastník výběrového řízení vázán po zadávaci ihru, která je u veřejných zakázek uvedena v zadání veřejné zakázky a vyplývá ze zákona a u zakázek malého rozsahu činn 30 dnů ode dne doručení oznámení KNTB o výběru nejvhodnější nabídky.
- 2.4 Navrh smlouvy v případě veřejné zakázky dle zákona musí být předložen ve třech vyhotoveních, z nichž jedno bude součástí nabídky a další dvě budou k nabídce volně připozena jako její přílohy (nebudou svázána či jinak neoddělitelně spojena s ostatními doklady v nabídce). V případě zakázky malého rozsahu, kdy nabídka bude svázána v jednom celku, musí být rovněž smlouva předložena ve třech vyhotoveních není-li v zadání zakázky výslovně uvedeno jinak. Jedno z těchto vyhotovení bude součástí nabídky a další dvě budou k nabídce volně připozena jako její přílohy (nebudou svázána či jinak neoddělitelně spojena s ostatními doklady v nabídce).

3. Kvalitativní a technické požadavky na zdravotnická prostředky

- 3.1 Kvalitativní a technické vlastnosti ZP musí odpovídat požadavkům stanoveným obecně závaznými právnimi předpisy, zejména z.č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích, z.č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobku, z.č. 22/1997 Sb. o technických

- požadavcích na výrobky a příslušnými prováděcimi nařízeními vlády ke ZP (č. 154/2004 Sb. č. 336/2004 Sb., č. 493/2004 Sb. – „úřední nařízení vlády“), harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN a požadavkem stanoveným v zadání zakázky. Nabízený předmět plní nesmí mít žádné právní vady, zejména nesmí být zařazen jakýmkoli právy jiných osob. Uživatel vyběrového řízení může nabídnout jen takový předmět plní, k němuž získal vlastnické či jiné odpovídající právo v souladu s platnými právními předpisy.
- 3.2 Uživatel vyběrového řízení i dodavatel u zakázky malého rozsahu musí v nabídce prokázat, že nabízený ZP je z hlediska platných právních předpisů způsobil a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče v ČR, zejména, že u ZP byla stanoveným způsobem posouzena shoda jeho vlastnosti s technickými požadavky, které stanovují nařízení vlády, je uznáno stanoveným způsobem a výrobcem nebo jeho zpřamocněným zástupcem o tom vydal písemné prohlášení o shodě.
- 3.3 Jediná je o ZP, který již byl uveden na trh v některém z českých států EU a je opatřen známkou CE ve smyslu nař. v. č. 201/2000 Sb., je uživatel vyběrového řízení povinen v nabídce předložit kopii prohlášení o shodě vystaveného výrobcem nebo jeho zpřamocněným zástupcem a kopii CE certifikátu vystaveného notifikovanou osobou, která se podílela na posuzování shody.
- 3.4 V případě ZP, který dosud nebyl uveden na trh v některém z českých států EU a není opatřen známkou CE, avšak může být uveden do provozu podle přechodných ustanovení příslušného nařízení vlády (§ 17 odst. 4 n. v. č. 338/2004 Sb.), je uživatel vyběrového řízení povinen předložit jako doklad o vhodnosti ZP pro použití při poskytování zdravotní péče kopii závěrečné zprávy o provedení klinického hodnocení zdravotnického prostředku (nebo její část obsahující alespoň základní identifikační údaje a údaje o závěrečném hodnocení zdravotnického prostředku pro určený účel použití).
- 3.5 Součástí nabídky musí být i kopie případných dalších veřejnoprávních rozhodnutí, povolení, osvědčení, certifikátu a atestu, které jsou dle zvláštních právních předpisů (např. z.č. 18/1997 Sb. a prováděcí předpisy) vydávány pro jednotlivé druhy ZP a vztahují se k předmětu plnění.
- 3.6 Požadované doklady prokazující splnění kvalitařských a technických požadavek ZP podle čl. 3 musí být platné v případě vyběrového řízení a v případě zájazdu malého rozsahu nejdříveji v den podání nabídky (v případě ostatních zakázek nejdříveji v den uzavření smlouvy) a jejich platnost musí trvat po celou šestinnou nebo představovanou dobu plnění. Všechny tyto doklady lze předložit ve fotokopii, která nemusí být uředně ověřena.

4. Záruka, záruční a požáruční servis

- 4.1 Smlouva musí obsahovat výslovné ustanovení o délce záruční doby s tím, že práva z odpovědnosti za vady se ihned příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
- 4.2 U dodávek ZP, které mají charakter lékařských přístrojů musí smlouva (nebo její příloha) obsahovat ustanovení o záručním a požáručním servisu, v nichž bude uvedeno, kdo (zde přímo smluvní strana nebo jiná servisní firma) a za jakých podmínek provádí záruční servis (jaká je doba od nahlášení vady do násluhu servisu firmy, jaká je doba na odstranění vad a sankce za její nedodržení).
- 4.3 V ustanoveních o požáručním servisu musí být uvedeno, kdo (zde přímo smluvní strana nebo jiná servisní firma) a za jakých podmínek provádí požáruční servis. Podmínky požáručního servisu musí být stanoveny tak, že servis je prováděn jen v případě potíže KNTB a na její výzvu a četovány budou jen jednotlivé servisní prací a dodávky podle aktuálního ceniku servisní organizace. Ze strany KNTB nemusí zejména akceptována ustanovení, podle nichž by požáruční servis měl být poskytován výlučně jen jako paušální součást dodávek náhradních dílů a servisních prací za určité časové období a četování jako paušální platba za určité období bez ohledu na skutečnou rozsah provedených servisních prací a dodávek. Takovéto nabídka bude posouzena jako v rozporu s fánskou nálepou podmínek ZP a bude vyřazena a uchazeč vyloučen. Požáruční servis musí být zajistěn tak, aby KNTB měla možnost zadávat servisní práce vše neciz jedinou dodavatelem kromě případu, kdy v důsledku specifického charakteru dodaného lékařského přístroje povíd výrobce náhradní servisní firmu výhradním prováděním požáručního servisu (tato skutečnost musí uchazeč prokázat).

5. Dodaci podmínky

- 5.1 U smluv uzavíratelných na opakujici se plnění na období delší než jednu čtvrtleti bude ve smlouvě dohodnut předmět plnění a orientační množství za dobu platnosti smlouvy s tím, že orientační množství je nezávazný údaj a že konkrétní množství a dobu plnění v jednotlivých částech dodávek určí KNTB písemně, faxem nebo - je-li to obvyklé - telefonicky.
- 5.2 U dodávek ZP, které mají charakter spotřebního materiálu, je dodávka splněna dodáním do areálu KNTB Havlíčkova náměstí 600/21m a polovičním převzetí KNTB s tím, že vlastnické právo přechází na KNTB splněním každé díly dodávky. V případě zahraničních dodávek (jež se sídlem mimo ČR) bude akceptována pouze dodaci podmínka CDP Zlín dle INCOTERMS 2000. Nemají v zadání zakázky uvedeno místo, mohou být předmětem dodávek ZP spotřebního charakteru jen ty ZP, u nichž ke dni uzavření neuplynula více než 1/3 stanovené expirační doby ZP, u nichž uplynula větší část než 1/3 expirační doby, mohou být dodávány jen po předchozím souhlasu KNTB a se slevou z ceny, která bude sjednána před vlastním plněním.
- 5.3 Nemají v zadání zakázky na dodávku lékařských přístrojů výslovně uvedeno jinak, je součástí předmětu smlouvy a bude zahrnuto v nabídce samé dodání lékařského přístroje do KNTB - jeho montáž nebo instalace, uvedení do provozu, obsluha všech veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení do provozu, provedení zkoušebního provozu, záškolení personálů, dodání českého návodu k použití a poskytování bezplatného záručního servisu během záruční doby s tím, že dodávka je povádována za splněním podepsaním zájmu o předání a převzetí předmětu plnění (nebo jiného podobného dokladu) oběma stranami.
- 5.4 Dodávka lékařského přístroje nebo jiného zařízení nesmí být podmíněna budoucím odběrem spotřebního materiálu nebo jiných výrobků pokud tyto materiály či výrobky nesou podle zadání zakázky předmětem plnění. Z dodávky přístroje nebo zařízení nesmí využívat povinnost KNTB odebírat v budoucnu výlučně určený spotřební materiál nebo výrobky kromě případu, kdy odběr konkrétního spotřebního materiálu nebo výrobku je plnopisný výrobcem (tuto skutečnost musí dodavatel prokázat).

- 5.5 K přehodu vlastnického práva k předmětu plnění dochází ve všech případech splnění dodávky podle předchozích ustanovení pokud není doloženo jinak. Je-li obsahem smlouvy i zřízení a provozování konzignačního skladu, přehodí vlastnické právo z dodavatele na KNTB okamžitěm vydání předmětu plnění z konzignačního skladu. Návštěvny nesmí obsahovat ustanovení o výhradě vlastnického práva, podle níž by vlastnické právo k předmětu plnění přeházelo na KNTB až zaplacením dohodnuté ceny nebo splněním jiných podmínek. K přehodu nebezpečí poškození, změny nebo ztráty předmětu plnění nebo jeho části na KNTB dochází vždy přehodou vlastnického práva.
- 5.6. Není možné smluvními stranami předem dohodnout jinak, že plnění poskytne predaninu v rámci KNTB jen v pracovních hodinách v dobu od 7,00 hodin do 15,00 hodin.
- 5.7. Dohrávka lekárského přístroje je za KNTB oprávněn převzít a zápis o předání a převzetí podepsat pouze příslušný pověřený zaměstnanec jehož jméno, písmenka a funkce bude uvedeny v zadání zakázky a v přistupné smlouvě s tím, že v době nepříslušnosti tohoto pracovníka rozhoduje o převzetí dodávky a podepsání přistupného zápisu provozné obchodní jednatel. Někdejší ve smlouvě o dohovoru lekárského přístroje uveden pracovník příslušný k převzetí, potvrzuje převzetí a podepisuje příslušný zápis technik zdravotnických prostředků KNTB. Podepsání zápisu o předání a převzetí lekárského přístroje jinou osobou než pracovníkem uvedeným ve smlouvě není považováno za splnění dodávky.

6. Cena

- 6.1 Cena uvedená v nabídce účastníka výběrového řízení a ve smlouvě musí obsahovat všechny výdaje a náklady spojené se splněním dodávky. Nabídková cena musí být uvedena buď přímo ve smlouvě nebo v cenové nabídce ceniku či specifikaci ceny který bude vložit nedilhou součást smlouvy jako její příloha. Nabídková cena (vč. DPH) na zdravotnické prostředky, které jsou zařazeny v aktuálném číslovém ZP vydávaném VZP ČR, musí překročit maximální cenu stanovenou limitem číslovníkem.
- 6.2 Nabídková cena bez DPH je zásadně nejvýše cenou plnění ze celou dobu platnosti smlouvy v měně Kč, bez vazby na slavující nebo budoucí kurz jiné měny nebo jiné sluhostnosti. Pouze v případě, že je to výslovně uvedeno v zadání zakázky může být cena stanovena jako nejvýše přípustná, která může být ziměná pouze z důvodu a způsobem uvedeným v zadání zakázky.
- 6.3. Není-li v zadání zakázky výslovně uvedeno jinak, musí být nabídková cena uvedena v článku jednotková cena (cena jednotlivých dílů plnění bez DPH, celková cena bez DPH, DPH (samostatně podle základní a snížené sazby), DPH celkem, celková nabídková cena vč. DPH).

7. Platěbní podmínky

- 7.1 Splatnost faktur je účastník výběrového řízení povinen výslovně navrhnut v návahu smlouvy počlem dnů od dne dojednání faktury (zadaného dokladu) KNTB. Není-li v zadání zakázky výslovně uvedeno jinak, musí čas navržená splatnost faktur minimálně 120 kalendářových dnů od dojednání faktury KNTB. Není-li v případě ostatních zakázek splatnost faktur uvedena ve smlouvě, díl 120 dnů od dojednání faktury KNTB.
- 7.2 V návahu smlouvy uvede uchazeč či dodavatel výslovně ustanovení o úročích z predlem. Výslovně uvede, že navrhuje zákonné či smluvní úroky z predlem. Pokud navrhne zákonné úroky z predlem, má se zata, že úroky jsou stanovovány podle § 517 občanského zákona a v č. 142/1994 Sb. v plném znáni. Pokud navrhne smluvní úrok z predlem, vyjadří číslově jeho výši, a to buď jako denní či pro roční smluvní úrok z predlem. Smluvní úrok z predlem může být navržen i ve formě Repo sazby ČNB případně zvýšené o další procentní body (v celých procentních bodech). Repo sazbu ČNB podle předchozího ustanovení je mimořádně dvojnásobnou sazbu stanovenou ČNB a platnou po prvním kalendářním početleti, v němž predlem hrála. Smluvní úrok z predlem, navržený v jakékoli sluhě uvedenou formou, však nesmí být navržen ve výši přesahující výši zákonného úroku z predlem, stanovené podle výše uvedených předpisů občanského práva.
- 7.3 Za predlem s ohledem faktury neni KNTB povinen hradit kromě navrženého úroku z predlem podle předchozích ustanovení jí pravidelný smluvní úrok nebo jinou smluvní sankci. Při predlem s ohledem faktury neni dodavatel oprávněn požadat další díl plnění, až do zaplacení a predlem nebude povolenová za podstatnou porušení smlouvy.
- 7.4 Dodavatel je povinen uvádět na každé faktuře (platňovém dokladu) za jednotlivá díla plnění v samostatné rubrice v záhlavi faktury odjí smlouvy č. (číslo zakázky) ze dne (datum uzavření smlouvy). V případě, že dodavatel bude dodávat KNTB i jiné výrobky, je povinen vystavovat samostatné faktury za jednotlivé díly plnění podle jednotlivých zakázek (v jedné faktuře nesmí být uvedeny dodávky ve více zakázek). V případě, že předmětem plnění jsou dodávky investičního i neinvestičního charakteru, je dodavatel povinen vystavovat faktury samostatně pro plnění investičního charakteru a samostatně pro plnění neinvestičního charakteru.
- 7.5. Faktury, které nebudu obsahovat některou z náležitostí uvedenou v předchozích ustanoveních nebo s nimi bude v rozporu, je KNTB oprávněna vrátit ve lhůtě splatnosti dodavatele k dojednání nebo opravě s tím, že lhůta splatnosti faktury počne běžet dnem dojednání opravené faktury zadavatele.
- 7.6 Každý účastník výběrového řízení je povinen uvést v návahu smlouvy ustanovení odpovídající bodum 7.1 – 7.3, pokud se k příslušnému zakázce vztahuje.

8. Závěrečné ustanovení

- 8.1 V případě, že podmínky zadání uvedené zakázky budou obsahovat ustanovení odlišná od této návuky podmínek ZP, mají přednost podmínky zadání zakázky. Pokud se některé ustanovení návuky podmínek ZP dojde do rozporu s obecně závaznými právními předpisy, platí příslušné ustanovení právního předpisu s tím, že zbyvající ustanovení návuky podmínek ZP zůstávají v platnosti.
- 8.2 Pojednávající za smlouvy lze převést na jinou osobu jen s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany. V případě, že účastník výběrového řízení užavřel před podání smlouvy s jinou osobou smlouvu o poskytování všech nebo více pořadávek (fakultativní nebo podobnou smlouvu), která se vztahuje i na pojednávající za smlouvy, je povinen tuto skutečnost uvést v nabídce a v návahu smlouvy. Nevede-li tuto skutečnost v nabídce a v návahu smlouvy, je KNTB oprávněna od smlouvy odstoupit.

- 8.3 KNTB může písemným oznámením zasláným dodavateli, příp. jeho právnímu nastupci, ukončit platnost smlouvy v případě podání nebo jeho části, ježmž prostřednictvím byla zakázka realizována. Platnost smlouvy v tomto případě zanechá dceřiném písemném oznámení.

8.4 Pro právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny smlouvou, platí tyto nákladné podmínky ZP a české obecné závazné právní předpisy, zejména příslušná ustanovení obchodního zákoníku, a k projednávání sporů mezi smluvními stranami jsou příslušné české soudu.

Ve Zlíně 24. 1. 2011

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Havlíčkovo náměstí 600
762 75 Zlín (3)

Ing. Dana Barnášová
předsedkyně představenstva

MUDr. Bohuslav Skubal, CSc
člen představenstva

Nize undosa

Firma a sídlo TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o., Na Zálinec 5, 150 00 Praha 5
IČ 46797803
jednatelem Ing. Jozefem Kalavským
zastoupena

[pozhlášit se](#)

se podrobňe seznámit s textem nakupních podmínek ZP a souhlasí s tím, že podpisem nakupních podmínek ZP se týče stavají nedřívou smlouvu všech obchodních smluv, které budou mezi námi a KNTB po podpisu nakupních podmínek ZP uzavřeny.

Podepsáním těchto nákupních podmínek ZP zároveň končí platnost dřívějších všeobecných nákupních podmínek KNTB pokud byly mezi smluvním stranou ejetiny.

Datum podpisu: 12.11.2012
mazitko a podpis



TRANSKONTAKT
MEDICAL s.r.o.
Ing. Josef Kalavský
Na Zatlance 3
150 00 PRAHA 5
ICO: 45797803
DIČ: CZ45797803

Podmínky poskytování záručního a pozáručního servisu

na veřejnou zakázku č. 12/044 – Ultrazvukový záchranný a požáračního servisu

Uchazeč : TRANSKONTAKT MEDICAL

1 Záruční soud

- I. Záruční servis**

1. Záruční servis bude poskytovat autorizovaná servisní organizace (uvést obchodní jméno, sídlo, IČO) : TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.
Na Zatlance 5
150 00 Praha 5
IČ: 45797803
z brněnské provozovny TRANSKONTAKT-MEDICAL
Starobrněnská 13
602 00 Brno
Tel. 542 423 716, Fax 542 423 713
Bezplatná telef.služba 800 100 895
E-mail hotline@medicalk.com

2. Uchazeč čestně prohlašuje, že:

 - ve formuláři, který předložil ke splnění ohlašovací povinnosti dle § 31 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích (provedení povinné registrace) je uvedeno, že je registrován jako servisní organizace
 - instruktáž o zacházení se zdravotnickými prostředky provádí osoby uvedené v § 22 odst. 2 zákona č. 123/2000 Sb. s tím, že:
 - počet těchto osob je: 2
 - jejich vybavení: - speciální nástroje a měřicí přístroje dle doporučení výrobce
 - standardní sada elektromechanického náradí pro oblast údržby zdravotnických přístrojů

3. Doba od podrobného nahlášení závady k zahájení opravy (v hodinách):
- reakční čas servisu, přikročení k odstraňování závady v pracovní dny je do 1 hod
- nástup servisního technika na místo nejpozději do 24 hodin

4. Maximální doba provedení opravy (ve dnech): průměrně do 3 dnů, v případě potřeby speciálních náhradních dílů nelze vyloučit trvání až 5 pracovních dnů.

5. Při překročení maximální doby provedení opravy **nebude** poskytnut náhradní přístroj.

6. Sankce za nedodržení doby pro odstranění závady představuje 1.500,- Kč / den

II. Pozáruční servis

1. Pozáruční servis bude poskytovat autorizovaná servisní organizace (uvést obchodní jméno, sídlo, IČO) : TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.
Na Zatlance 5
150 00 Praha 5
IČ: 45797803
z brněnské provozovny TRANSKONTAKT-MEDICAL
Starobrněnská 13
602 00 Brno
Tel. 542 423 716, Fax 542 423 713
Bezplatná telef.služba 800 100 895
E-mail hotline@medicaltk.com
 2. Doba od podrobného nahlášení závady k zahájení opravy (v hodinách) :
- reakční čas servisu, přikročení k odstraňování závady v pracovní dny je do 1 hod
- nástup servisního technika na místo nejpozději do 24 hodin

3. Maximální doba provedení opravy (ve dnech) : průměrně do 3 dnů, v případě potřeby speciálních náhradních dílů nelze vyloučit trvání až 5 pracovních dnů.
4. Při překročení maximální doby provedení opravy nebude poskytnut náhradní přístroj
5. Cena pracovní hodiny technika bez DPH (Kč/1 hod): 1 200,- Kč (08:00 – 17:00 hod.)
1 650,- Kč (17:00 – 22:00 hod.)
2 500,- Kč (sobota / neděle)
6. Cestovní náklady (Kč/1 km) : 12,- Kč
7. Ceny (bez DPH) pravidelných servisních činností předepsaných výrobcem : 1x ročně provedení PBTK v hodnotě 21.800,- Kč bez DPH.
8. Sankce za nedodržení doby pro odstranění závady představuje 1.500,- Kč / den
9. Ceny (bez DPH) ostatních nejčastěji poskytovaných servisních činností:
Podle dlouhodobého statistického sledování nejsou zjištovány závady, takže k zajištění spolehlivého provozu postačuje dle doporučení výrobce 1x ročně periodické provedení PBTK (viz bod 7). Povinný update SW výbavy je podle pokynů výrobce prováděn bezplatně
10. Ceny (bez DPH) oprav nejčastěji se vyskytujících závad na předmětu plnění
Podle dlouhodobého statistického sledování nejsou zjištovány závady, takže k zajištění spolehlivého provozu postačuje dle doporučení výrobce 1x ročně periodické provedení PBTK (viz bod 7).

Tyto podmínky poskytování záručního a pozáručního servisu jsou nedílnou součástí smlouvy na realizaci veřejné zakázky č. 12 044 – Ultrazvuková intraoperativní neuronavigace

Datum: 12.11.2012

Podpis statutárního orgánu:



Ing. Jozef Kalavský
jednatel
TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.

TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.
Na Zatlance 5
150 00 PRAHA 5
IČO: 45797803
DIČ: CZ45797803