

KUPNÍ SMLOUVA

č. 12 065

uzavřené dle § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění
pozdějších předpisů, na základě veřejné zakázky č. 12 065

I.

Smluvní strany

1. **Prodávající:** Electric Medical Service s.r.o.
se sídlem Ledce 74 ,664 62 Ledce
kancelář Videňská 55, 639 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 13525
zastoupená: Petrem PODLOUCKÝM - jednatelem
IČ: 49970267
DIČ: CZ49970267
bankovní spojení: KB Brno, číslo účtu: 27-7497750297
2. **Kupující:** Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
se sídlem Havlíčkovu nábřeží 600, 762 75 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 4437
zastoupená: Ing. Danou Barnášovou, předsedkyní představenstva,
MUDr. Bohuslavem Škubalem CSc., členem představenstva
IČ: 27661989
DIČ: CZ27661989
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 3482762/0800

II.

Předmět smlouvy

1. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem věcí specifikovaných v článku II. odstavci 2. této smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat a převést na něho vlastnické právo k digitálnímu, barevnému ultrazvukovému přístroji **Voluson E8 Expert** vč. příslušenství a softwarových programů (dále jen "zboží"), a to za podmínek dále uvedených v této smlouvě. Nedílnou součástí dodávky zboží je i doprava zboží na místo plnění, montáž, instalace, uvedení do provozu, přijímací zkoušku, návodů v češtině v tištěné i digitální formě, zaškolení obsluhy dle požadavků kupujícího a předání všech dokladů, které vyžadují obecně závazné právní předpisy a normy ČSN, zejména prohlášení o shodě dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky. Přesná specifikace dodávky je uvedena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zboží musí odpovídat všem požadavkům obecně závazných právních předpisů a norem ČSN, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů a nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky.

III.

Doba, místo a způsob plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat a zprovoznit přístroje nejpozději do šesti týdnů od podpisu kupní smlouvy.
2. Místem plnění je Gynekologické-porodnické oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín.
3. Zodpovědnost za škodu na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
4. Převzetím se pro účely této smlouvy rozumí okamžik podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran (za KNTB, a. s. - Michal Botek), a to po dodání zboží dle článku II. odst. 2. této smlouvy na místo plnění. Dodávka musí být v souladu s bodem 5. nákupních podmínek.

IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupující se zavazuje prodávajícímu zaplatit dohodnutou kupní cenu ve výši:

Celková cena v Kč bez DPH: 3.150.000,-

DPH v Kč 21%: 661.500,-

Konečná cena včetně DPH v Kč: 3.811.500,-

2. Úhrada kupní ceny bude kupujícím provedena bezhotovostním převodem na výše uvedený účet prodávajícího, a to na základě faktury vystavené prodávajícím po úspěšném předání a převzetí zboží bez vad a nedodělků. Splatnost faktury bude provedena do 120 dnů od doručení faktury do KNTB, a. s.
3. Cena je stanovena dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů. Je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady spojené s uvedením přístroje do provozu.
4. Prodávající je povinen uvést v záhlaví faktury údaj: smlouva č. (číslo zakázky) ze dne (datum uzavření smlouvy). V případě, že dodavatel bude dodávat KNTB, a. s. i jiné výrobky, je povinen vystavovat samostatné faktury za předmět plnění podle jednotlivých zakázek (v jedné faktuře nesmí být uvedeny dodávky na více zakázek). V případě, že předmětem plnění jsou dodávky investičního i neinvestičního charakteru, je dodavatel povinen vystavovat faktury samostatně pro plnění investičního charakteru a samostatně pro plnění neinvestičního charakteru.
5. Faktury, které nebudou obsahovat některou z náležitostí uvedenou v předchozích ustanoveních nebo s nimi budou v rozporu, je KNTB, a. s. oprávněna vrátit ve lhůtě splatnosti dodavateli k doplnění nebo opravě s tím, že lhůta splatnosti faktury počne běžet dnem doručení opravené faktury zadavateli.

V.

Sankční ujednání

1. Nedodrží-li prodávající lhůtu stanovenou pro dodání zboží dle článku III. odst. 1. této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5% z celkové nabídkové ceny bez DPH.
2. Nedodrží-li kupující lhůtu splatnosti kupní ceny dle článku IV. odst. 2. této smlouvy, je povinen uhradit prodávajícímu denní úrok z prodlení ve výši repo sazby ČNB zvýšené o pět procentních bodů. Repo sazbou ČNB podle předchozího ustanovení je míněna dvoutýdenní repo sazba stanovená ČNB a platná pro 1. den kalendářního pololetí v němž prodlení trvá.
3. Za prodlení s úhradou faktury není KNTB Zlín povinna hradit kromě smluvního úroku z prodlení podle předchozích ustanovení jakoukoliv smluvní pokutu nebo jinou smluvní sankci. Při prodlení s úhradou faktury není dodavatel oprávněn pozastavit další plnění až do zaplacení a prodlení nebude považováno za podstatné porušení smlouvy.
4. Pokud odstranění závady bude trvat déle než 5 pracovních dnů, může být kupujícím uplatňována za každý následující kalendářní den po výše uvedeném termínu do úplného odstranění reklamované závady denní smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč.

VI.

Záruční podmínky a servis

1. Na dodané zboží poskytuje prodávající 24 měsíční záruční dobu. Práva z odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Záruční lhůta počíná běžet následující kalendářní den po podepsání předávacího protokolu a převzetí předmětu plnění veřejné zakázky oprávněným zástupcem zadavatele. Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Během trvání záruční lhůty se prodávající zavazuje poskytovat kupujícímu bezplatný servis na dodané zboží, zahrnující výrobcem předepsané preventivní prohlídky, kontroly, revize a podobné úkony plynoucí ze zákona s výjimkou případů, kdy bylo poškození zboží prokazatelně způsobeno nesprávnou obsluhou zaměstnanci kupujícího.
3. Pozáruční servis je prováděn jen v případě potřeby KNTB na základě její výzvy. Účtovány budou jen jednotlivé servisní práce a dodávky dle platného ceníku servisní organizace.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí smlouvy jsou Obecné nákupní podmínky objednatele (Příloha č. 3). Záležitosti neupravené smlouvou se řídí nejprve těmito nákupními podmínkami a poté

ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

2. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze ve formě písemných číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních s platností originálu.
4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě svobodné vůle a že tato smlouva nebyla ujednána v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Prodávající


V Brně dne 10.12. 2012


Petr Podloucký
jednatel



Electric Medical Service, s.r.o.
664 62 Ledce 74
DIČ: CZ49970267

Kupující

Ve Zlíně dne 4.2.2013


Ing. Dana Barnášová
předsedkyně představenstva

Krajská nemocnice T. Baš, a. s.
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín (3)


MUDr. Bohuslav Škubal, CSc.
člen představenstva

- Příloha č. 1 – Podmínky poskytování záručního a pozáručního servisu
Příloha č. 2 – Specifikace přístroje
Příloha č. 3 – Obecné nákupní podmínky KNTB, a.s.

Odpovědnost za správnost	jméno	datum	podpis
obsahovou/ věcnou	BOYER	30.1.13	
právní	UHEREK	30.1.13	
finanční	BARNÁŠOVÁ	30.1.13	

Příloha číslo 1 KS – podmínky poskytování záručního a pozáručního servisu

Podmínky poskytování záručního servisu

na veřejnou zakázku č. 12 065 – Ultrazvukový přístroj

Uchazeč : Electric Medical Service s.r.o.

Ledce 74, 664 62

IČO: 49970267 DIČ CZ49970267

I. Záruční servis

1. Záruční servis bude poskytovat výhradní autorizovaná servisní organizace:

Electric Medical Service s.r.o.

Ledce 74, 664 62

IČO: 49970267 DIČ CZ49970267

V případě, že záruční servis neprovádí uchazeč, přiložit buď písemné potvrzení autorizované servisní firmy nebo kopii smlouvy s touto servisní firmou a prohlášení této firmy o splnění podmínek bodu 2.

2. Uchazeč čestně prohlašuje, že:

- ve formuláři, který předložil ke splnění ohlašovací povinnosti dle § 31 zákona č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích (provedení povinné registrace) je uvedeno, že je registrován jako servisní organizace
- instruktáž o zacházení se zdravotnickými prostředky provádí osoby uvedené v § 22 odst. 2 zákona č. 123/2000 Sb s tím, že:
 - počet těchto osob je: 4
 - jejich vybavení: podle požadavků výrobce

3. Doba od nahlášení závady k zahájení opravy (v hodinách) : 12 hodin

4. Maximální doba provedení opravy (ve dnech): bez použití ND - v den nástupu technika
při použití ND - do 5 dnů

5. Při překročení maximální doby provedení opravy bude poskytnut náhradní přístroj (ano – ne) :
ANO

II. Pozáruční servis

1. Pozáruční servis bude poskytovat výhradní autorizovaná servisní organizace:

Electric Medical Service s.r.o.

Ledce 74, 664 62

IČO: 49970267 DIČ CZ49970267

2. Doba od nahlášení závady k zahájení opravy (v hodinách) : 12 hodin

3. Maximální doba provedení opravy (ve dnech): bez použití ND - v den nástupu technika
při použití ND - do 5 dnů

4. Při překročení maximální doby provedení opravy bude poskytnut náhradní přístroj (ano - ne):
ANO

5. Práce servisního technika: pracovní dny 700 Kč/hod; SO, NE + svátky 900 Kč/hod

6. Cestovní náklady: 9 Kč/km
7. Ceny PBTk (pravidelná servisní kontrola předepsaná výrobcem): 2900,- Kč bez DPH, provádí se 1x ročně
8. Ceny ostatních nejčastěji poskytovaných servisních činností: nastavení přístroje: 1800,- Kč bez DPH včetně dopravy (cena práce 0,- Kč)
9. Ceny oprav nejčastěji se vyskytujících závad: - výměna kabelu k externímu DVD, cena 150 Kč bez DPH vč. poštovného; - oprava klávesnice z důvodu špatného kontaktu: na místě bez potřeby ND 2500 Kč bez DPH vč. dopravy

Tyto podmínky poskytování pozáručního servisu jsou nedílnou součástí smlouvy na realizaci veřejné zakázky č. 12 065 - Ultrazvukový přístroj

Datum : 10.12.2012

Podpis statutárního orgánu:



Petr Podloucký - jednatel

EMS
Electric Medical Service, s.r.o.
664 62 Ledce 74
DIČ: CZ49970367

Příloha číslo 2 KS – specifikace

Technická specifikace

„Ultrazvukový přístroj
(Výběrové řízení číslo 12 065)**Voluson E8 Expert*****Systém plně splňuje technické požadavky zadavatele***

Nabídka č.: R12092101

VOLUSON E8 Expert - BT 12

TOP vlajková loď ultrazvukových zobrazovacích systémů GE Healthcare pro gynekologii a porodnictví, unikátní platforma systému spojuje nejnovější inženýrské poznatky z oblasti zobrazování pomocí ultrazvuku a excelentní zkušenosti Objemové Zobrazovací Techniky vyvíjené firmou Kretz již od roku 1948 a přináší novou generaci kvality zobrazení skombinovanou s pokrokovými diagnostickými nástroji.

Hlavní přednosti systému

- Matrix Array Volume Technology – technologie matricových real time 3D(4D) sond
- Více-elementová vaginální sonda s velmi vysokou rozlišovací schopností
- 19" plochý LCD display s vysokým rozlišením
- Elektronicky nastavitelná poloha ovládacího panelu (ve všech směrech)
- Plovoucí uživatelské rozhraní (ovládací panel) včetně LCD
- Architektura TruScan
- Propracovaný archivační databázový systém
- ATO (automatická optimalizace obrazu)

Vyšetřovací módy

B-Mode, harmonické zobrazení, M-Mode, barevný M-Mód, barevný doppler -CFM, Power Doppler (CDE) – barevný výkonový (angiologický) doppler, HD-Flow (barevný doppler s vylepšenou citlivostí), PW pulzní doppler, HPRF Doppler.

Další pokročilé zobrazovací modalitty a funkce

- **Coded Harmonic Imaging (CHI)** – kódované harmonické zobrazení, jedná se o patentovaný algoritmus nesnižující snímkovou frekvenci (framerate) přístroje
- **CrossXBeam** - Compound Resolution Imaging (CRI) – nová modalita v 2D zobrazení umožňující lepší a kontrastnější zobrazení ve 2D/3D/4D obraze, možnost nastavení až v šesti krocích
- **Focus and Frequency Composite** - širší fokuzační rozsah a značně zvýšená penetrace, vynikající pomůcka při vyšetřování obtížně vyšetřitelných pacientek



- **Coded Excitation** – unikátní technologie zpracování ultrazvukového signálu zlepšující kontrastní a prostorovou rozlišovací schopnost
- **SRI-II** – algoritmus odrušení ultrazvukového šumu, s možností automatické optimalizace 2D obrazu, možnost nastavení až v šesti krocích
- **Pokročilé 3D/4D funkce**, velmi kvalitní 3D/4D zobrazení v reálném čase s množstvím funkcí: Multiplanární zobrazení, Rendering, TUI (zobrazení tomografických rovin 3D akvizice), BASIC VCI-C (metoda umožňující zobrazení libovolné virtuální 2D roviny (řezu) s volitelnou tloušťkou ze 3D/4D akvizice)
- **HD-Flow** – speciální dopplerovský mód s velmi vysokou citlivostí
- **B-Flow** – nedopplerovské zobrazení krevního toku
- **Volume Calculation II (VOCAL)** – offline software pro semi-automatické měření objemu
- **RAW hrubá data** – díky této unikátní technologii lze post-procesingově pracovat s již uloženými daty (měření, rendering, změna a nastavování obrazových parametrů, atd..)
- **HD ZOOM** – vedle standardního digitálního zoomu systém disponuje i možností „optického high definition“ zoomu s vysokým rozlišením vhodným zejména pro fetální aplikace
- **STIC** – softwarová nastavba pro 3D a 4D zobrazení fetálního srdce, včetně navigace
- **Advanced VCI** – nastavba aplikace BASIC VCI-C, umožňuje zobrazovat jednotlivé roviny definované i libovolnou uživatelem definovanou linií
- **SonoNT** – automatické měření NT, schváleno FMF (The Fetal Medicine Foundation)
- **SonoRenderStrat** – automatická optimalizace nastavení renderingu pro 3D a 4D zobrazení
- **DICOM 3.0** – Dicom konektivita pro propojení nemocniční sítě
- Možnost detekce, zobrazení a výpočet hypoechogenních struktur v obraze (např.: foliklů), vypočtené hodnoty se zobrazují přehledně v tabulkách
- Speciální sw pro prohlížení 2D, 3D a 4D záznamů na externím PC včetně vyhodnocovacího modulu VP6-4D-expert

Další technické parametry

Ergonomický design, 19" vysokorozlišovací neprokládaný LCD barevný monitor s možností natáčení a polohování, barevný 10,4" ovládací touchpanel. Elektronicky nastavitelná poloha ovládacího tzv.: plovoucího panelu, ergonomické ovládání, čtyři aktivní porty pro připojení sond, vysoká interní paměť pro cine smyčku, interní harddisk, integrovaná CD/DVD vypalovací mechanika, modul pro archivaci obrázků a správu patientských dat, uživatelem programovatelná přednastavení parametrů (presety). Komplexní software pro gynekologii a porodnictví, anotace, kompletní kalkulace a měření (délky, plochy, obvodu, objemu, úhlu, dopplerovských indexů včetně automatického obkreslování dopplerovské křivky, atd...) online tak i v zamraženém stavu; reporty a tabulky pro porodnické a gynekologické aplikace.

Příslušenství v ceně

- **Termoprinter SONY** – digitální černobílý printer pro tisk obrázků
- **Termoprinter SONY** – digitální barevný printer pro tisk obrázků



- **Externí zobrazovací zařízení (LCD)** – pro vizualizaci vyšetření pro pacientky (externí LCD)
- **Externí archivační zařízení s DVD** – pro záznam archivaci a zpracování vyšetření, včetně záznamu na DVD

Sondy**RM6C-D:**

- mutlifrekvenční **MATRIXOVÁ** širokopásmová abdominální 2D/3D/4D konvexní sonda
- aplikace: Abdomen, OB, GYN
- Frekvenční rozsah: 2 – 8 MHz
- Počet elementů: 960
- Rádus: 59 mm
- FOV: 90° (Volume scan)

M6C-D:

- mutlifrekvenční **MATRIXOVÁ** širokopásmová abdominální 2D konvexní sonda
- aplikace: Abdomen, OB, GYN
- Frekvenční rozsah: 2 – 8 MHz
- Počet elementů: 960
- Rádus: 51 mm
- FOV: 60° (B)

RIC6-12-D:

- mutlifrekvenční širokopásmová vaginální 2D/3D/4D mikrokonvexní sonda
- aplikace: OB, GYN
- Frekvenční rozsah: 5–13MHz
- Počet elementů: 256
- Rádus: 11.6 mm
- FOV: 195° (B), 195°*120° (Volume scan)



Obrazová dokumentace



Technická specifikace dle zadavatele

Technická specifikace

1. Vymezení předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ultrazvukového přístroje, včetně příslušenství, dopravy, montáže, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, zabezpečení záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
2. Použití pro onkogynekologii - **ANO, splňuje**
 - a) Přesné zobrazení postižení gynekologických orgánů nádorem s popisem metastáz (také zobrazení lymfatických uzlin pánevních, paraaortálních a oblast bránice).
 - b) U nádorů čípku nahrazení vyšetření magnetickou rezonancí.
 - c) Plánování přesného operačního postupu nebo adjuvance.
 - d) Možnost cílené biopsie punkčním dělem, zahájení léčby chemoterapií nebo radioterapií před následným operačním postupem. Nahrazení probatorní laparotomie nebo laparoskopie s debulkingem operací s nulovým residuem.
 - e) Přesný popis nádorového postižení.
3. Použití v urogynekologii - **ANO, splňuje**
 - a) Zobrazení defektů pánevního dna s využitím 3D/4D zobrazení, umožňující plánování rekonstrukčních pánevních výkonů.
 - b) Zobrazení funkce vnitřního svěrače s následným plánem efektivní léčby ve smyslu aplikace periuretrálních agents.
4. Technické podmínky pro zadání veřejné zakázky
 - A. Technické parametry:
 - a) elektronicky nastavitelná výška ovládacího panelu, - **ANO, splňuje**
 - b) archivace patientských dat na interním HDD, - **ANO, splňuje**
 - c) jednotka pro záznam obrazové informace na discích typu DVD-R/RW, DVD+R/RW, - **ANO, splňuje**
 - d) minimálně dva USB porty, - **ANO, splňuje**
 - e) export dat - Dicom III vč. Worklist, - **ANO, splňuje**
 - f) černobílá termo tiskárna, - **ANO, splňuje**
 - g) barevná termo tiskárna, - **ANO, splňuje**
 - h) možnost externího LCD monitoru pro pacienty, - **ANO, splňuje**
 - i) externí DVD rekordér, - **ANO, splňuje**
 - j) barevný monitor s vysokým rozlišením s minimální úhlopříčkou 19" - **ANO, splňuje**
 - k) výškově nastavitelný, barevný dotykový ovládací panel s minimální úhlopříčkou 10", - **ANO, splňuje**
 - l) software s externím PC pro zpracování a analýzu 3D a 4D nasnímaných dat, software musí umožňovat postprocessing těchto dat. - **ANO, splňuje**
 - B. Režimy zobrazení:
 - a) zobrazovací B-mód v základních frekvencích, - **ANO, splňuje**
 - b) harmonické zobrazení bez vlivu na Frame Rate na všech sondách (lineární, konvexní, a vaginální), - **ANO, splňuje**
 - c) barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler), - **ANO, splňuje**
 - d) barevné dopplerovské širokopásmové mapování se zvýšenou citlivostí, - **ANO, splňuje**
 - e) krevní tok nedopplerovskými metodami bez použití kontrastních látek, - **ANO, splňuje**
 - f) spektrální doppler (PW), - **ANO, splňuje**
 - g) automatická optimalizace 2D obrazu a PW křivky. - **ANO, splňuje**
 - C. Další funkce a postprocessing:



- a) automatické nastavení boxu pro 3D/4D rendering, - **ANO, splňuje**
 - b) zakřivení boxu pro 3D/4D rendering, - **ANO, splňuje**
 - c) softwarové vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v gynekologii a porodnictví, - **ANO, splňuje**
 - d) ultrazvukový přístroj musí mít softwarové vybavení pro jednoduché zobrazení koronární roviny (C-plane), - **ANO, splňuje**
 - e) softwarový nástroj pro navigaci vyšetřujícího při fetální echokardiografii – nástroj pro automatické zobrazení 2D struktur fetálního srdce z nasnímaného real-time 3D zobrazení srdce (podle doporučení ACOG a ISUOG), - **ANO, splňuje**
 - f) softwarový nástroj pro automatickou kalkulaci, výpočet objemu a průměru, barevné zobrazení hypoechogenních struktur (automatická kalkulace objemu folikulů), - **ANO, splňuje**
 - g) softwarový nástroj pro semiautomatické měření objemu ze 3D/4D nasnímaných datasetů, - **ANO, splňuje**
 - h) automatické měření NT dle FMF, - **ANO, splňuje**
 - i) automatické měření parametrů dopplerovského spectra, - **ANO, splňuje**
 - j) měření on-line i zmraženého obrazu - **ANO, splňuje**
 - k) zvětšení – Zoom obrazu (read & write; panzoom), - **ANO, splňuje**
 - l) zvětšení – Zoom s vysokou citlivostí (high definition zoom), - **ANO, splňuje**
 - m) modul pro odrušení ultrazvukových speklí s možností nastavení úrovně v minimálně 5 krocích v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem, - **ANO, splňuje**
 - n) modul pro kompaundní (úhlové) zobrazení s možností nastavení úrovně v minimálně 5 krocích v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem, - **ANO, splňuje**
 - o) modul pro současné zobrazení ultrazvukového obrazu získaného ze dvou různých vysílacích frekvencí s dvěma různými fokusačními zónami v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem, - **ANO, splňuje**
 - p) možnost připojení 3D/4D elektronických multifrekvenčních sond s mechanickým vychylováním (s možností změny vysílací frekvence), - **ANO, splňuje**
 - q) možnost připojení 2D matrixových sond (krystaly sond umístěné v několika řadách), - **ANO, splňuje**
 - r) možnost připojení 3D/4D matrixových sond (krystaly sond umístěné v několika řadách) s mechanickým vychylováním, - **ANO, splňuje**
 - s) archivace, tzv. hrubá data s možností postprocessingu ve 2D, např. změna korekčního úhlu v dopplerovském vyšetření na uložených snímcích, postprocessing musí umožňovat i práci se 3D/4D datasety, - **ANO, splňuje**
 - t) interní paměťová smyčka vpřed i vzad, - **ANO, splňuje**
 - u) uživatelské přednastavení skenovacích parametrů, - **ANO, splňuje**
- D. Sondy:
- a) 2D matrixová konvexní abdominální sonda, minimálně 960 elementů, harmonické zobrazení, frekvence 1 až 7 MHz, - **ANO, splňuje**
 - b) 3D/4D mikrokonvexní vaginální sonda, minimálně 250 elementů, harmonické zobrazení, frekvence 5 až 13 MHz, - **ANO, splňuje**
 - c) 3D/4D matrixová konvexní abdominální sonda s mechanickým vychylováním, minimálně 960 elementů, frekvence 1 až 7 MHz, - **ANO, splňuje**



NÁKUPNÍ PODMÍNKY

pro dodávky zdravotnických prostředků do KNTB, a. s.

1. Obecná ustanovení

- 1.1. Tyto nákupní podmínky pro dodávky zdravotnických prostředků do KNTB, a. s. (dále jen „Nákupní podmínky ZP“ a „KNTB“) upravují základní podmínky dodávek zdravotnických prostředků (dále jen „ZP“) do KNTB a jsou součástí všech obchodních smluv na ZP uzavřených KNTB jako odběratelem (kupujícím). Za zdravotnický prostředek je považován každý přístroj, výrobek, předmět nebo materiál, který odpovídá definici uvedené v z.č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění.
 - 1.2. Tyto Nákupní podmínky ZP platí pro všechny
 - a) veřejné zakázky ve smyslu z.č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákon“) na dodávku ZP
 - b) zakázky malého rozsahu na jednorázové i opakované dodávky ZP s předpokládanou cenou předmětu plnění bez DPH do 1 000 000,- Kč realizované přímo bez výběrového řízení (dále jen „ostatní zakázky“). V tomto případě se Nákupní podmínky pro ZP podepisují při uzavírání smlouvy.
- Nabídka uchazeče o veřejnou zakázku nebo účastníka výběrového řízení na zakázku malého rozsahu (dále jen „nabídka“ a „zakázka“) i návrh smlouvy, podle níž má být zakázka realizována (dále jen „návrh smlouvy“), musí být v souladu s podmínkami uvedenými v dalších ustanoveních.
- Nabídka i návrh smlouvy se mohou odchylovat od ustanovení Nákupních podmínek ZP jen v případě, že to bude výslovně připuštěno v podmínkách zadání zakázky nebo v zadávací dokumentaci, a jen v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto dokumentech. V takovém případě má odchylná úprava ve smlouvě přednost před těmito nákupními podmínkami.
- 1.3. Nákupní podmínky ZP jsou součástí každého návrhu smlouvy, který se týká pořízení ZP podle odst. 1.1 těchto NP. Uchazeč o veřejnou zakázku nebo účastník výběrového řízení na zakázku malého rozsahu (dále jen „účastník výběrového řízení“) přiloží ke každému vyhotovení návrhu smlouvy jedno podepsané vyhotovení nákupních podmínek ZP, tzn. že předloží nákupní podmínky ZP celkem 3x. Účastník výběrového řízení předloží podepsané nákupní podmínky ZP samostatně u každé nabídky, a to i v případě, že nákupní podmínky ZP podepsal a předložil již dříve. V případě ostatních zakázek se nákupní podmínky ZP stávají součástí každé smlouvy jejím uzavřením bez ohledu na formu uzavření smlouvy. Nákupní podmínky ZP musí být podepsány u fyzických osob účastníkem výběrového řízení resp. dodavatelem zakázky malého rozsahu, a u právnických osob statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou podepsat návrh smlouvy podle bodu 2.2.
- 1.4. NP nemusí být součástí smlouvy u zakázek, u nichž neproběhlo výběrové řízení dle zákona nebo příslušné vnitřní směrnice a jejichž předmětem jsou jednorázové dodávky s cenou plnění do 5.000,- Kč.

2. Návrh smlouvy

- 2.1. Návrh smlouvy musí být v souladu s platnými právními předpisy, zadáním zakázky, nabídkou účastníka výběrového řízení a těmito nákupními podmínkami ZP a musí v něm být výslovně uvedeno, že nákupní podmínky ZP jsou součástí smlouvy jako její příloha. Smlouva (případně včetně příloh) musí jako jediný a úplný dokument řešit všechny vztahy mezi smluvními stranami a nesmí v ní být odkaz na žádné dodací, nákupní, cenové, platební či jiné podmínky dodavatele, které by nebyly v souladu s nákupními podmínkami ZP, není-li v zadání veřejné zakázky nebo ve výzvě k podání nabídek připuštěno jinak. Pokud by návrh smlouvy obsahoval podobný odkaz, nebude ze strany KNTB akceptován, nabídka účastníka výběrového řízení bude vyřazena a účastník výběrového řízení vyloučen z další účasti na zadávání zakázek.
- 2.2. Návrh smlouvy, nákupní podmínky ZP i vlastní nabídka musí být podepsány u fyzických osob účastníkem výběrového řízení a u právnických osob statutárním orgánem. Pokud bude návrh smlouvy, nákupní podmínky ZP nebo vlastní nabídka podepsány jinou osobou, musí být součástí nabídky buď písemná plná moc (pověření) podepsaná u fyzických osob účastníkem výběrového řízení a u právnických osob statutárním orgánem účastníka výběrového řízení nebo příslušné doklady, z nichž bude vyplývat zákonné zmocnění osoby podepisovat jménem účastníka výběrového řízení doklady pro výběrové řízení na dodávku ZP. U podpisu návrhu smlouvy, nákupní podmínky ZP i vlastní nabídky musí být vždy uvedeno jméno, příjmení a funkce podepisující osoby.
- 2.3. V záhlaví návrhu smlouvy musí být uvedeno číslo smlouvy, které je shodné s číslem zakázky uvedené v zadání zakázky. Návrhem smlouvy je účastník výběrového řízení vázán po zadávací lhůtě, která je u veřejných zakázek uvedena v zadání veřejné zakázky a vyplývá ze zákona a u zakázek malého rozsahu činí 30 dnů ode dne doručení oznámení KNTB o výběru nejvhodnější nabídky.
- 2.4. Návrh smlouvy v případě veřejné zakázky dle zákona musí být předložen ve třech vyhotoveních, z nichž jedno bude součástí nabídky a další dvě budou k nabídce volně přiložena jako její přílohy (nebudou svázána či jinak neoddělitelně spojena s ostatními doklady v nabídce). V případě zakázky malého rozsahu, kdy nabídka bude svázána v jednom celku, musí být rovněž smlouva předložena ve třech vyhotoveních, není-li v zadání zakázky výslovně uvedeno jinak. Jedno z těchto vyhotovení bude součástí nabídky a další dvě budou k nabídce volně přiložena jako její přílohy (nebudou svázána či jinak neoddělitelně spojena s ostatními doklady v nabídce).

3. Kvalitativní a technické požadavky na zdravotnické prostředky

- 3.1. Kvalitativní a technické vlastnosti ZP musí odpovídat požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy, zejména z.č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích, z.č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků, z.č. 22/1997 Sb. o technických

požadavcích na výrobky a příslušnými prováděcími nařízeními vlády ke ZP (č. 154/2004 Sb., č. 336/2004 Sb., č. 453/2004 Sb. – dále jen „nařízení vlády“), harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN a požadavkům stanoveným v zadání zakázky. Nabízený předmět plnění nesmí mít žádné právní vady, zejména nesmí být zatížen jakýmkoliv právem třetích osob. Účastník výběrového řízení může nabídnout jen takový předmět plnění, k němuž získal vlastnické či jiné odpovídající právo v souladu s platnými právními předpisy.

- 3.2 Účastník výběrového řízení i dodavatel u zakázky malého rozsahu musí v nabídce prokázat, že nabízený ZP je z hlediska platných právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče v ČR, zejména, že u ZP byla stanoveným způsobem posouzena shoda jeho vlastností s technickými požadavky, které stanoví nařízení vlády, je označen stanoveným způsobem a výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce o tom vydal písemné prohlášení o shodě.
- 3.3 Jedná-li se o ZP, který již byl uveden na trh v některém z členských států EU a je opatřen značkou CE ve smyslu nař. v. č. 291/2000 Sb., je účastník výběrového řízení povinen v nabídce předložit kopii prohlášení o shodě vystaveného výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem a kopii CE certifikátu vystaveného notifikovanou osobou, která se podílela na posuzování shody.
- 3.4 V případě ZP, který dosud nebyl uveden na trh v některém z členských států EU a není opatřen značkou CE, avšak může být uváděn do provozu podle přechodných ustanovení příslušného nařízení vlády (§ 17 odst. 4 n. v. č. 336/2004 Sb.), je účastník výběrového řízení povinen předložit jako doklad o vhodnosti ZP pro použití při poskytování zdravotní péče kopii závěrečné zprávy o provedení klinického hodnocení zdravotnického prostředku (nebo její část obsahující alespoň základní identifikační údaje a údaje o ověření vhodnosti zdravotnického prostředku pro určený účel použití).
- 3.5 Součástí nabídky musí být i kopie případných dalších veřejnoprávních rozhodnutí, povolení, osvědčení, certifikátu a atestu, které jsou podle zvláštních právních předpisů (např. z.č. 18/1997 Sb. a prováděcí předpisy) vydávány pro jednotlivé druhy ZP a vztahují se k předmětu plnění.
- 3.6 Požadované doklady prokazující splnění kvalitativních a technických požadavků ZP podle čl. 3 musí být platné v případě výběrových řízení a v případě zakázek malého rozsahu nejpozději v den podání nabídky (v případě ostatních zakázek nejpozději v den uzavření smlouvy) a jejich platnost musí trvat po celou sjednanou nebo předpokládanou dobu plnění. Všechny tyto doklady lze předložit ve fotokopii, která nemusí být účinně ověřena.

4. Záruka, záruční a pozáruční servis

- 4.1 Smlouva musí obsahovat výslovné ustanovení o délce záruční doby s tím, že práva z odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
- 4.2 U dodávek ZP, které mají charakter lékařských přístrojů musí smlouva (nebo její příloha) obsahovat ustanovení o záručním a pozáručním servisu, v nichž bude uvedeno, kdo (zda přímo smluvní strana nebo jiná servisní firma) a za jakých podmínek provádí záruční servis, jaká je doba od nahlášení vady do nástupu servisní firmy, jaká je doba na odstranění vad a sankce za její nedodržení.
- 4.3 V ustanoveních o pozáručním servisu musí být uvedeno, kdo (zda přímo smluvní strana nebo jiná servisní firma) a za jakých podmínek provádí pozáruční servis. Podmínky pozáručního servisu musí být stanoveny tak, že servis je prováděn jen v případě potřeby KNTB a na její výzvu a účtovány budou jen jednotlivé servisní práce a dodávky podle aktuálního ceníku servisní organizace. Ze strany KNTB nebudou zejména akceptována ustanovení, podle nichž by pozáruční servis měl být poskytován výlučně jen jako paušální soubor dodávek náhradních dílů a servisních prací za určité časové období a účtován jako paušální platba za určité období bez ohledu na skutečný rozsah provedených servisních prací a dodávek. Takováto nabídka bude posouzena jako v rozporu s těmito nákupními podmínkami ZP a bude vyřazena a uchazeč vyloučen. Pozáruční servis musí být zajištěn tak, aby KNTB měla možnost zadávat servisní práce více než jednomu dodavateli kromě případů, kdy v důsledku specifického charakteru dodaného lékařského přístroje pověřil výrobce některou servisní firmu výhradním prováděním pozáručního servisu (tato skutečnost musí uchazeč prokázat).

5. Dodací podmínky

- 5.1 U smluv uzavíraných na opakující se plnění na období delší než jedno čtvrtletí bude ve smlouvě dohodnut předmět plnění a orientační množství za dobu platnosti smlouvy s tím, že orientační množství je nezávazný údaj a že konkrétní množství a dobu plnění u jednotlivých dílčích dodávek určí KNTB písemně, faxem nebo - je-li to obvyklé - i telefonicky.
- 5.2 U dodávek ZP, které mají charakter spotřebního materiálu, je dodávka splněna dodáním do areálu KNTB, Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín a potvrzením převzetí KNTB s tím, že vlastnické právo přechází na KNTB splněním každé dílčí dodávky. V případě zahraničních dodavatelů (osob se sídlem mimo ČR) bude akceptována pouze dodací podmínka DDP Zlín dle INCOTERMS 2000. Není-li v zadání zakázky uvedeno jinak, mohou být předmětem dodávek ZP spotřebního charakteru jen ty ZP, u nichž ke dni splnění neuplynula více než 1/3 stanovené expirační doby, ZP, u nichž uplynula větší část než 1/3 expirační doby, mohou být dodávány jen po předchozím souhlasu KNTB a se slevou z ceny, která bude sjednána před vlastním plněním.
- 5.3 Není-li v zadání zakázky na dodávku lékařských přístrojů výslovně uvedeno jinak, je součástí předmětu plnění a bude zahrnuto v nabídkové ceně kromě dodání lékařského přístroje do KNTB i jeho montáž nebo instalace, uvedení do provozu, obstarání všech veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení do provozu, provedení zkušebního provozu, zaškolení personálu, dodání českého návodu k použití a poskytování bezplatného záručního servisu během záruční doby s tím, že dodávka je považována za splněnou podepsáním zápisu o předání a převzetí předmětu plnění (nebo jiného podobného dokladu) oběma stranami.
- 5.4 Dodávka lékařského přístroje nebo jiného zařízení nesmí být podmíněna budoucím odběrem spotřebního materiálu nebo jiných výrobků, pokud tyto materiály či výrobky nejsou podle zadání zakázky předmětem plnění. Z dodávky přístroje nebo zařízení nesmí vyplývat povinnost KNTB odebírat v budoucnu výlučně určený spotřební materiál nebo výrobky kromě případů, kdy odběr konkrétního spotřebního materiálu nebo výrobků je předepsán výrobcem (tuto skutečnost musí dodavatel prokázat).

- 5.5 K přechodu vlastnického práva k předmětu plnění dochází ve všech případech splněním dodávky podle předchozích ustanovení, pokud není dále uvedeno jinak. Je-li obsahem spolupráce i zřízení a provozování konsignačního skladu, přechází vlastnické právo z dodavatele na KNTB okamžikem vydání předmětu plnění z konsignačního skladu. Návrh smlouvy nesmí obsahovat ustanovení o výhradě vlastnického práva, podle něhož by vlastnické právo k předmětu plnění přecházelo na KNTB až zaplacením dohodnuté ceny nebo splněním jiných podmínek. K přechodu nebezpečí poškození, zničení nebo ztráty předmětu plnění nebo jeho části na KNTB dochází vždy přechodem vlastnického práva.
- 5.6. Není-li mezi smluvními stranami předem dohodnuto jinak, lze plnění poskytnout předáním v areálu KNTB jen v pracovních dnech v době od 7,00 hodin do 15,00 hodin.
- 5.7. Dodávku lékařského přístroje je za KNTB oprávněn převzít a zápis o předání a převzetí podepsat pouze příslušný pověřený zaměstnanec, jehož jméno, příjmení a funkce budou uvedeny v zadání zakázky a v příslušné smlouvě s tím, že v době nepřítomnosti tohoto pracovníka rozhoduje o převzetí dodávky a podepsání příslušného zápisu provozní obchodní náměstek. Nebude-li ve smlouvě o dodávce lékařského přístroje uveden pracovník příslušný k převzetí, potvrzuje převzetí a podepisuje příslušný zápis technik zdravotnických prostředků KNTB. Podepsání zápisu o předání a převzetí lékařského přístroje jinou osobou než pracovníkem uvedeným ve smlouvě není považováno za splnění dodávky.

6. Cena

- 6.1. Cena uvedená v nabídce účastníka výběrového řízení a ve smlouvě musí obsahovat všechny výdaje a náklady spojené se splněním dodávky. Nabídková cena musí být uvedena buď přímo ve smlouvě nebo v cenové nabídce, ceníku či specifikaci ceny, který bude tvořit nedílnou součást smlouvy jako její příloha. Nabídková cena (vč. DPH) na zdravotnické prostředky, které jsou zařazeny v aktuálním číselníku ZP vydaném VZP ČR, nesmí překročit maximální cenu stanovenou tímto číselníkem.
- 6.2. Nabídková cena bez DPH je zásadně pevnou cenou platnou po celou dobu platnosti smlouvy v měně Kč, bez vazby na stávající nebo budoucí kurz jiné měny nebo jiné skutečnosti. Pouze v případě, že je to výslovně připuštěno v zadání zakázky, může být cena stanovena jako nejvýše přípustná, která může být změněna pouze z důvodů a způsobem uvedenými v zadání zakázky.
- 6.3. Není-li v zadání zakázky výslovně uvedeno jinak, musí být nabídková cena uvedena v členění jednotková cena (cena jednotlivých dílů plnění) bez DPH, celková cena bez DPH, DPH (samostatně podle základní a snížené sazby), DPH celkem, celková nabídková cena vč. DPH.

7. Platební podmínky

- 7.1. Splatnost faktur je účastník výběrového řízení povinen výslovně navrhnout v návrhu smlouvy počtem dnů ode dne doručení faktury (daňového dokladu) KNTB. Není-li v zadání zakázky výslovně uvedeno jinak, musí činit navržená splatnost faktur minimálně 120 kalendářních dnů od doručení faktury KNTB. Není-li v případě ostatních zakázek splatnost faktur uvedena ve smlouvě, činí 120 dnů od doručení faktury KNTB.
- 7.2. V návrhu smlouvy uvede uchazeč či dodavatel výslovně ustanovení o úrocích z prodlení. Výslovně uvede, zda navrhuje zákonně či smluvní úroky z prodlení. Pokud navrhne zákonné úroky z prodlení, má se zato, že úroky jsou stanovovány podle § 517 občanského zákoníku a n v č. 142/1994 Sb. v platném znění. Pokud navrhne smluvní úrok z prodlení, vyjádří číselně jeho výši, a to buď jako denní či jako roční smluvní úrok z prodlení. Smluvní úrok z prodlení může být navržen i ve formě Repo sazby ČNB případně zvýšené o další procentní body (v celých procentních bodech). Repo sazbou ČNB podle předchozího ustanovení je míněna dvoutýdenní repo sazba stanovená ČNB a platná pro první den kalendářního pololetí, v němž prodlení trvá. Smluvní úrok z prodlení, navržený v jakémkoli shora uvedeném formě, však nesmí být navržen ve výši přesahující výši zákonného úroku z prodlení, stanovené podle výše citovaných předpisů občanského práva.
- 7.3. Za prodlení s úhradou faktury není KNTB povinná hradit kromě navrženého úroku z prodlení podle předchozích ustanovení jakoukoliv smluvní pokutu nebo jinou smluvní sankci. Při prodlení s úhradou faktury není dodavatel oprávněn pozastavit další dílčí plnění až do zaplacení a prodlení nebude považováno za podstatné porušení smlouvy.
- 7.4. Dodavatel je povinen uvádět na každé faktuře (daňovém dokladu) za jednotlivá dílčí plnění v samostatné rubrice v záhlaví faktury údaj smlouva č. (číslo zakázky) ze dne (datum uzavření smlouvy). V případě, že dodavatel bude dodávat KNTB i jiné výrobky, je povinen vystavovat samostatné faktury za předmět plnění podle jednotlivých zakázek (v jedné faktuře nesmí být uvedeny dodávky na více zakázek). V případě, že předmětem plnění jsou dodávky investičního i neinvestičního charakteru, je dodavatel povinen vystavovat faktury samostatně pro plnění investičního charakteru a samostatně pro plnění neinvestičního charakteru.
- 7.5. Faktury, které nebudou obsahovat některou z náležitostí uvedenou v předchozích ustanoveních nebo s nimi budou v rozporu, je KNTB oprávněna vrátit ve lhůtě splatnosti dodavateli k doplnění nebo opravě s tím, že lhůta splatnosti faktury počne běžet dnem doručení opravené faktury zadavateli.
- 7.6. Každý účastník výběrového řízení je povinen uvést v návrhu smlouvy ustanovení odpovídající bodům 7.1 – 7.3., pokud se k příslušné zakázce vztahují.

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. V případě, že podmínky zadání veřejné zakázky budou obsahovat ustanovení odlišná od těchto nákupních podmínek ZP, mají přednost podmínky zadání zakázky. Pokud se některé ustanovení nákupních podmínek ZP dostane do rozporu s obecně závazným právním předpisem, platí příslušné ustanovení právního předpisu s tím, že zbyvajících ustanovení nákupních podmínek ZP zůstávají v platnosti.
- 8.2. Pohledávky vyplývající ze smlouvy lze převést na jinou osobu jen s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany. V případě, že účastník výběrového řízení uzavře před podáním nabídky s jinou osobou smlouvu o postoupení všech nebo více pohledávek (faktoringovou nebo podobnou smlouvu), která se vztahuje i na pohledávky vyplývající ze smlouvy, je povinen tuto skutečnost uvést v nabídce a v návrhu smlouvy. Neuvede-li tuto skutečnost v nabídce a v návrhu smlouvy, je KNTB oprávněna od smlouvy odstoupit.

- 8.3. KNTB může písemným oznámením zaslaným dodavateli, příp. jeho právnímu nástupci, ukončit platnost smlouvy v případě prodeje podniku nebo jeho části, jejímž prostřednictvím byla zakázka realizována. Platnost smlouvy v tomto případě zaniká doručením písemného oznámení.
- 8.4. Pro právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny smlouvou, platí tyto nákupní podmínky ZP a české obecné závazné právní předpisy, zejména příslušná ustanovení obchodního zákoníku, a k projednávání sporů mezi smluvními stranami jsou příslušné české soudy.

Ve Zlíně 24. 1. 2011

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Havlíčkovo náměstí 600
762 75 Zlín (3)

Ing. Dana Barnášová
předsedkyně představenstva

MUDr. Bohuslav Škubal, CSc.
člen představenstva

Níže podepsaná

Firma a sídlo: Electric Medical Service, s.r.o. Ledce 74, 664 62 Ledce
IC 499 70267
zastoupená Petrem Podbuckým - jednatelem

prohlašuje, že

se podrobně seznámila s textem nákupních podmínek ZP a souhlasí s tím, že podpisem nákupních podmínek ZP se tyto stávají nedílnou součástí všech obchodních smluv, které budou mezi ní a KNTB po podpisu nákupních podmínek ZP uzavřeny.

Podepsáním těchto nákupních podmínek ZP zároveň končí platnost dřívějších všeobecných nákupních podmínek KNTB pokud byly mezi smluvními stranami sjednány.

Datum podpisu:

12. 12. 2012

razítko a podpis

P. Podbucký

E.M.S.
Electric Medical Service, s.r.o.
664 62 Ledce 74
DIČ: CZ49970267

Jméno, příjmení, funkce

Petr Podbucký - jednatelem